



Direct Healthcare
Services

Delivering the Promise

Dyna-Form[®] Mercury Advance Bari

Bedienhandbuch



Intelligent[®]
Pressure Care
Management

Making a
Measurable Difference



Dyna-Form[®] Mercury Advance Bari

Bei der Matratze **Dyna-Form[®] Mercury Advance Bari** handelt es sich um ein dynamisches Ersatzsystem für Risikopatienten, das die Vorteile modernster Schaumstofftechnologien in sich vereint. Dank ausgezeichnetem Patientenkomfort kann dieses einzigartige System bei Bedarf in klinischen Umgebungen als Ersatz für dynamische Matratzen genutzt werden. Zudem lässt sich die Matratzenfunktion wieder herunterregeln, sobald sich der Zustand des Patienten verbessert.

So eignet sich die Matratze besonders für den Einsatz bei Patienten zuhause oder in Palliativeinrichtungen und ermöglicht die Senkung der Kosten für Logistik und Dekontaminierung. Die klinischen Vorteile des Systems lassen sich ebenso in modernen Krankenhäusern nutzen. Dank der höheren Gewichtskapazität von maximal 380 kg erfüllt das Produkt auch moderne Anforderungen im Umgang mit schwereren Patienten. Sämtliche Systemkomponenten sind austausch- und ersetzbar. Dies verlängert die Produktlebensdauer und senkt die Auswirkungen auf die Umwelt. Die Außenhülle besteht aus einem HF-geschweißten, dehnbaren und dampfdurchlässigen Material, das strengsten Anforderungen für Infektionskontrolle gerecht wird.

Inhalt

1. Einführung	4
2. Kurzanleitung und häufig verwendete Funktionen	4
3. Fehlerbehebung	6
4. Installation	7
5. Betrieb	7
6. Transport	8
7. Warnhinweise	8
8. Wartung	9
9. Technische Daten	10
10. Optimale Einsatzbedingungen	10
11. Symbole und Kontraindikationen	10
12. Entfernbare/abnehmbare Teile	11
13. Entsorgung	11

1. Einführung

Die Matratze besteht aus einem Kopfabschnitt aus Schaumstoff sowie 14 quer verlaufenden Luftzellen, von denen jede einen einzigartigen Schaumstoffprofileinsatz beinhaltet. Dieser Einsatz wiederum befindet sich in einem U-förmigen Schaumstoffkern, geschützt durch einen für Dampf durchlässigen, doch gleichzeitig wasserdichten Überzug. Der Kopfabschnitt sowie die Formteile bestehen ausschließlich aus Schaumstoff. Die quer verlaufenden Zellen sind in abwechselnden Paaren von A- und B-Zellen angeordnet, die nacheinander gefüllt und geleert werden.


Im Statikmodus verfügt die Matratze über die Druckentlastungseigenschaften der Schaumstoffmatratze Dyna-Form Mercury (genauere Informationen auf Anfrage). Im Wechselmodus hingegen weist sie Eigenschaften auf, die denen eines dynamischen Druckentlastungssystems ähneln.

Über die Digitalsteuerung wird eine Steuereinheit kontrolliert, die je nach Bedarf und gewähltem Betriebsmodus den Luftstrom in die oder aus den Lufttaschen ermöglicht. Zudem hält die Einheit den Druck in der Matratze auf dem gewünschten Niveau und steuert die Auslösung des akustischen/optischen Warnsystems, falls die Stromzufuhr ausfällt oder der Druck im Matratzeninneren zu hoch oder zu gering ist. Ein CPR-Ventil am Schlauch an der Pumpe ermöglicht in Notfällen das zügige Ablassen der Luft aus der Matratze.



2. Kurzanleitung (häufig verwendete Funktionen)

Kurzanleitung für das System **Dyna-Form® Mercury Advance Bari**,
Produktcode **MAT/MERADV/BARI**



Zurücksetzen der akustischen Netzschalterwarnung

Mit dem Netzschalter wird die Stromzufuhr zur Pumpe ein- und abgeschaltet.

Wird vom akustischen Warnsystem ein Umstand erkannt, der eine Warnmeldung auslöst, kann diese stummgeschaltet (siehe Seite 5) und zurückgesetzt werden, indem die Pumpe einmal aus- und wieder eingeschaltet wird.

CPR-Ventil

Bitte stellen Sie sicher, dass der CPR-Stecker immer vollständig eingesteckt ist, bevor die Matratze aufgeblasen wird. Hinweis: Die Matratze lässt sich NICHT vollständig aufblasen, falls der Stecker nicht entsprechend positioniert wurde.

Der CPR-Stecker darf nur für klinische Notfälle verwendet werden. Ein Herausziehen des Steckers führt zum zügigen Ablassen der Luft aus der Matratze, sodass diese sich problemlos transportieren oder in den Statikmodus versetzen lässt.



LED-Moduseinstellungen

Ein Aufleuchten dieses Symbols (grüne Anzeige) dient nicht dem Hinweis darauf, dass die Ausstattung verwendet werden kann oder bereits verwendet wird.

Erfordert ein Patient dynamische Funktionen oder höheren Druck in den Zellen – beispielsweise wenn die Matratze unbequem ist oder die Liegefläche sich zu weich oder instabil anfühlt –, muss die Einstellung „High“ ausgewählt werden (Druck 40 mmHg). Diese Funktion darf nur von geschultem medizinischem Fachpersonal eingesetzt werden, da zu hohe Drücke den Zustand des Patienten verschlechtern können.

Wünscht ein Patient geringeren Druck in den Luftpolstern – beispielsweise wenn die Matratze unbequem ist, der Patient sensibel auf die Bewegung der Zellen reagiert oder wenn sich die Haut des Patienten weiter rötet –, muss die Einstellung „Low“ gewählt werden (Druck 30 mmHg). Diese Funktion darf nur von geschultem medizinischem Fachpersonal verwendet werden.


Diese Funktion dient der Stummschaltung der akustischen Warnung. Die LED leuchtet weiter, wenn die Warnung stummgeschaltet wurde, jedoch nach wie vor ein Fehler vorliegt. Für ein vollständiges Zurücksetzen den Netzschalter betätigen. Sollte die akustische Warnung weiterhin zu hören sein und die LED weiter leuchten, einen Techniker benachrichtigen.

Dieses Symbol weist auf einen Fehler mit akustischer Warnung hin. Im Fehlerbehebungsleitfaden unten finden sich Hinweise zum Zurücksetzen der Warnung.







Leuchtet dieses Symbol auf, ist eine Wartung erforderlich. DHS empfiehlt, alle 8760 Betriebsstunden (ein Jahr kontinuierlicher Betrieb) eine Wartung durchzuführen.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass sämtliche Sicherungsriemen (falls vorhanden) unten an der Matratze an den BEWEGLICHEN BAUTEILEN des Betts fixiert sind.

Hinweise zur Abschaltung finden sich in Abschnitt „4.2 Steuereinheit (Pumpe)“.



3. Fehlerbehebung

Warnung/Fehler	Ursache	Lösung
Steuereinheit funktioniert nicht; Anzeigen leuchten nicht auf	Die Steuereinheit ist öglicherweise nicht an eine Stromquelle angeschlossen oder es muss eine Sicherung ausgetauscht werden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen, ob die Steuereinheit an Netzstrom mit passenden Spannungswerten angeschlossen ist. 2. Prüfen, ob die Steuereinheit eingeschaltet ist. Steuereinheit vor dem Neustart abschalten und ausstecken. 3. Hauptsicherung des Netzsteckers (5 Amp) prüfen, anschließend beide Steuereinheitssicherungen (1 Amp) prüfen. Die Sicherungen lassen sich mithilfe eines Schraubendrehers lösen (hineindrücken und drehen). ⚠ Nicht versuchen, die Steuereinheit zu öffnen. Ein Öffnen der Einheit kann zu Verletzungen oder Schäden am System führen. ⚠ Sicherstellen, dass Sicherungen in Einklang mit lokal gültigen Vorschriften ausgetauscht werden.
Warn-LED C + akustische Warnung 	Ausfall der Stromzufuhr/ Sonstiges Siehe oben sowie:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akustische Warnmeldung zurücksetzen – Stromzufuhr abschalten und Stummschalttaste für akustische Warnungen drücken. 2. Prüfen, dass der Griff intakt ist und alle vier Dichtungsanschlüsse fest mit Steuereinheit und Schläuchen verbunden sind. Prüfen, dass der HLW-Anschluss angebracht ist und sämtliche Dichtungsanschlüsse fest sitzen. 3. Sämtliche Luftschläuche im Inneren der Matratze prüfen, diese sollten fest verbunden sein. Prüfen, dass jede Luftzelle fest mit dem entsprechenden Luftrohr verbunden ist. 4. Sämtliche Zellen, Rohre und Schläuche auf austretende Luft prüfen. 5. Strom einschalten.
Warn-LED B + akustische Warnung 	Zu geringer Druck	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warnmeldung zurücksetzen – Stromzufuhr abschalten und Stummschalttaste für akustische Warnungen drücken. 2. Prüfen, dass der Griff intakt ist und alle vier Dichtungsanschlüsse fest mit Steuereinheit und Schläuchen verbunden sind. Prüfen, dass der CPR-Anschluss angebracht ist und sämtliche Dichtungsanschlüsse fest sitzen. 3. Sämtliche Luftschläuche im Inneren der Matratze prüfen, diese sollten fest verbunden sein. Prüfen, dass jede Luftzelle fest mit dem entsprechenden Luftrohr verbunden ist. 4. Sämtliche Zellen, Rohre und Schläuche auf austretende Luft prüfen. 5. Prüfen, dass die Abdeckung des Luftfilters fest sitzt und der Luftfilter sauber ist. 6. Strom einschalten.
Warn-LEDs B + C + akustische Warnung 	Druck zu gering/ geknickte Luftleitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sämtliche Luftschläuche im Inneren der Matratze prüfen, diese sollten fest verbunden sein. Prüfen, dass jede Luftzelle fest mit dem entsprechenden Luftrohr verbunden ist.
Warn-LED A + akustische Warnung 	Druck zu hoch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warnmeldung zurücksetzen – Stromzufuhr abschalten und Taste für akustische Warnungen betätigen. 2. Luftschläuche trennen, um den Luftdruck zu senken, und erneut anschließen, wenn der Luftdruck gesunken ist. 3. Luftschläuche zwischen Steuereinheit und Matratze auf Knicke prüfen. 4. Strom einschalten.
Warn-LEDs A + B + akustische Warnung 	Wechselmodusfehler (kein Wechsel)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warnmeldung zurücksetzen – Stromzufuhr abschalten und Stummschalttaste für akustische Warnungen drücken. 2. Luftschläuche trennen, um den Druck zu senken. Erneut anschließen, wenn der Druck gesunken ist.
Warn-LEDs A, B + C + akustische Warnung 	Initialisierungsfehler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Stummschalttaste für akustische Warnungen drücken, um die akustische Warnung stummzuschalten. 2. Prüfen, ob das Netzstromkabel fest mit der Steckdose und der Steuereinheit verbunden ist und prüfen, dass der Netzstrom eingeschaltet ist. 3. Die Steuereinheitssicherung (1 Amp) prüfen. Die Sicherungen lassen sich mithilfe eines Schraubendrehers lösen (hineindrücken und drehen).

4. Installation

4.1 Matratze (angewendeter Teiletyp BF)

Die Matratze Dyna-Form Mercury Advance Bari direkt auf das Bettgestell legen und sicherstellen, dass sich die blaue wasserfeste, dehnbare Hülle oben befindet und der Anschluss Schlauch links am Fußende des Bettes in die Matratze führt. Hinweis: Der Anschluss Schlauch kann sich unterhalb der Hülle unter dem Aufdruck „Open Here for Air Inlet“ (Für Luftzufuhr hier öffnen) befinden.

Matratze mit einem locker sitzenden Laken versehen.

Statische Verwendung der Matratze

Die Matratze Dyna-Form Mercury Advance Bari lässt sich als druckentlastende Matratze für Patienten verwenden, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind, Druckgeschwüre zu entwickeln. Hierfür ist das Anschließen der Pumpe nicht erforderlich.

Dynamische Verwendung der Matratze

Falls/wenn erforderlich, lässt sich die Matratze Dyna-Form Mercury Advance Bari als einstellbares Matratzensystem einsetzen, indem die Pumpe für Dyna-Form Mercury Advance Bari angeschlossen wird.

Keinesfalls andere Systeme an die Matratze anschließen, da Einstellungen und Innenluftdruck der Dyna-Form Mercury Advanced Bari sich ausschließlich für dieses Matratzensystem eignen.

Dyna-Form Mercury Advance Bari ist ein Matratzenersatzsystem und sollte NICHT auf bereits verwendeten Matratzen platziert werden.

Beim Wechsel vom statischen in den dynamischen Modus entstehen keine zusätzlichen Wartezeiten.

4.2 Steuereinheit (Pumpe)

Steuereinheit (Pumpe) an das Fußende des Bettes hängen. Die Haltehaken lassen sich flexibel an die Stärke des Fußendes/Gestänges anpassen. Für den Anschluss des Versorgungsschlauchs an die Steuereinheit (Pumpe) den elektrischen 3-Pin-Stecker mit dem Netzanschluss verbinden und einschalten:

- (a) Den Reißverschluss unten links an der Matratze öffnen und den blauen Anschluss Schlauch herausziehen.
- (b) Den blauen Anschluss Schlauch an die Steuereinheit (Pumpe) anschließen. Hierfür den Luftanschluss am Ende des Schlauchs mit dem Lufteinlass unten links an der Pumpe verbinden. Sicherstellen, dass sich der rote CPR-Auslöseknopf oben auf dem Lufteinlassanschluss befindet, nachdem der Schlauch angeschlossen wurde.
- (c) Den Reißverschluss so weit wie möglich wieder zuziehen, ohne dabei den blauen Anschluss Schlauch einzuklemmen, und prüfen, dass sich alle Luftzellen in der Matratze innerhalb des Überzugs befinden.
- (d) Um die Matratze außer Betrieb zu setzen, Schritte a, b und c in umgekehrter Reihenfolge durchführen.


5. Betrieb

Das Netzkabel durch Verbinden des glockenförmigen Steckers mit der Ausbuchtung links an der Pumpe an der Einheit anschließen. Das Netzkabel wurde als entfernbare Bauteil entwickelt, um bei Beschädigung ein Auswechseln zu vereinfachen.

Den Netzstecker abschalten und von der Steckdose trennen, um das System von der Stromzufuhr zu isolieren.

Das Netzkabel mit einer geeigneten 230-Volt-Steckdose verbinden und die Pumpe am Ein-/ Ausschalter einschalten.

Nach dem Einschalten der Pumpe blinken die Symbole für „High“ - und „Low“ - Betrieb vorübergehend, bis die Pumpe ihren Betriebsdruck erreicht hat. Hat die Pumpe den Betriebsdruck erreicht, leuchtet das Symbol für „Low“ durchgehend und die Matratze kann verwendet werden.



5.1 Low-/High-Druckeinstellungen

Die Matratze Dyna-Form Mercury Advance Bari bietet im Wechselmodus folgende Druckeinstellungen: Die ursprüngliche Einstellung, die von der Pumpe gewählt wird, ist „Low“. Diese „Low“-Druckeinstellung eignet sich ideal für leichtere Patienten oder solche, die auf herkömmlichen Wechselmatratzen unbequem liegen. Bei Patienten mit Druckgeschwüren oder solchen, die ein hohes Risiko solcher Geschwüre aufweisen, wird empfohlen, abhängig von der klinischen Beurteilung des Arztes

die Druckeinstellung „High“ zu aktivieren, indem die Taste +/- oben an der Pumpe einmal gedrückt wird.

Bei der Einstellung „High“ verfügt die Matratze über die Eigenschaften eines Wechselluftsystems, während gleichzeitig auch die vorteilhaften Eigenschaften der statischen Schaumstoffeinsätze zum Tragen kommen. Durch erneutes Drücken der Modustaste kann zwischen hohem und niedrigem Druck gewechselt werden.

5.2 CPR-Notfallentlüftung

Das CPR-System besteht aus einem manuell zu betätigenden Knopf am Luftanschluss der Pumpe. Durch Drücken dieser roten Taste wird die Verriegelung des Luftanschlusses entsperrt. Der Verwender kann dann die Anschlusseinheit trennen, woraufhin die Luft aus der Matratze entweicht und diese zu einem statischen System wird.

Hinweis: Wenn die Luft aus der Matratze abgelassen wird, erklingt nach kurzer Zeit die akustische Warnung über niedrigen Luftdruck, die sich durch Ausschalten der Pumpe deaktivieren lässt.

5.3 Fehlerbehebung

Sollten Sie bei der Einrichtung, Verwendung oder Wartung des Systems Mercury Advance Hilfe benötigen oder unerwartete Ereignisse oder Betriebsprobleme melden wollen, wenden Sie sich unter den Kontaktdaten auf der Rückseite dieses Handbuchs an Direct Healthcare Services.

6. Transport

Soll die Matratze an einen anderen Ort gebracht werden, zunächst den Luftschlauch trennen und warten, bis sich die Matratze wieder im statischen Zustand befindet. Die Steuereinheit (Pumpe) am Ein-/Ausschaltknopf ausschalten und das Netzkabel vom Netzstrom trennen.

Die Matratze kann nun an einen anderen Ort transportiert werden, wo sie unmittelbar wieder an die Stromzufuhr angeschlossen und die Steuereinheit (Pumpe) wieder eingeschaltet werden muss. Sobald die Matratze wieder mit Luft gefüllt ist, schaltet der Wechselmodus automatisch zurück auf die Druckeinstellung „Low“. Falls vom Arzt gewünscht, muss die Druckeinstellung „High“ manuell vorgenommen werden.

Warnung: Die Matratze geht nicht in den Wechselmodus über, wenn sie von der Steuereinheit (Pumpe) und/oder von der Stromzufuhr getrennt wurde. Siehe auch die Hinweise zu Umgebungsbedingungen am Ende dieses Handbuchs.

7. Warnhinweise

Warnungen werden über ein rot blinkendes Display sowie eine akustische Warnung ausgegeben. Der Benutzer sollte in jedem Fall die Pumpe ausschalten und versuchen, die Fehlerursache zu ergründen.

7.1 Hochdruck-Warnung



Diese Warnmeldung kann beispielsweise durch einen geknickten Versorgungsschlauch oder Besucher und andere Personen ausgelöst werden, die sich unerwartet auf die Matratze setzen.

7.2 Niederdruck-Warnung

Diese Warnmeldung kann beispielsweise durch nicht ordnungsgemäßes Anschließen des Lufteinlasses, Öffnen des CPR-Ventils oder ein Leck in der Matratze aufgrund von Schnitten oder Löchern ausgelöst werden.

7.3 Warnung über Ausfall der Stromzufuhr

Diese Warnmeldung kann ausgelöst werden, wenn keine Stromzufuhr mehr über den Netzstrom erfolgt.



7.4 Wechselmodusfehler (kein Wechsel)


Auf diesen Umstand wird durch Leuchten der Warn-LEDs A und B sowie ein akustisches Signal hingewiesen.

1. Warnung zurücksetzen – Stromzufuhr abschalten und die Stummschalttaste für akustische Warnungen drücken.
2. Luftschläuche trennen, um den Druck zu senken. Erneut anschließen, wenn der Druck gesunken ist.

7.5 Initialisierungsfehler

Auf diesen Umstand wird durch Leuchten der Warn-LEDs A, B und C sowie ein akustisches Signal hingewiesen.

1. Die Stummschalttaste für akustische Warnungen drücken, um die akustische Warnung stummzuschalten.
2. Prüfen, ob das Netzkabel fest mit der Steckdose und der Steuereinheit verbunden ist und prüfen, dass der Netzstrom eingeschaltet ist.
3. Die Steuereinheitssicherung (1 Amp) prüfen. Die Sicherungen lassen sich mithilfe eines Schraubendrehers lösen (hineindrücken und drehen).



8. Wartung

8.1 Sicherheitshinweis

Ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal, das von Direct Healthcare Services Ltd. in der Bedienung und Wartung von Produkten von Direct Healthcare Services geschult oder formell zertifiziert wurde, darf Wartungsarbeiten, Änderungen oder Reparaturen an der Ausrüstung vornehmen. Unqualifiziertes Personal, das Arbeiten an Steuereinheiten Produkten von Direct Healthcare Services vornimmt, riskiert schwere Verletzungen bis hin zum Tod durch Stromschlag, sowohl für sich selbst als auch für andere Anwesende. Die Eingangssicherung darf NICHT vom Benutzer oder Patienten ausgetauscht werden, sondern ausschließlich von Wartungspersonal.

Warnung: Dieses Gerät keinesfalls ohne die Genehmigung von Direct Healthcare Services modifizieren.

8.1.1 Wartung

Sind Wartungsarbeiten erforderlich, leuchtet eine Wartungslampe auf. Direct Healthcare Services (DHS) empfiehlt, die Steuereinheit (Pumpe) alle 8760 Betriebsstunden (ein Jahr kontinuierlicher Betrieb) zu warten. Die Einheit enthält keine von Benutzern wartbaren Teile. Die Wartung sollte nur von Personen durchgeführt werden, die unter Abschnitt 8.1 beschrieben sind. DHS stellt auf Anfrage Wartungshandbücher, Teilelisten und andere erforderliche Informationen bereit, die laut Abschnitt 8.1 qualifiziertes Personal für die Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten benötigt. Wenden Sie sich bei Fragen zur Wartung, Reparatur und anderen Themen direkt an DHS.

8.2 Reinigung

Warnung: Vor Reinigung des Systems sicherstellen, dass die Steuereinheit (Pumpe) von der Stromversorgung getrennt ist. Steuereinheit (Pumpe) keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Keinesfalls autoklavieren oder mit Phenol reinigen.

Vor dem Reinigen Hände waschen. Geeignete Schutzkleidung wie Handschuhe, Schürze und Mundschutz tragen.

Sicherstellen, dass vor und nach dem Kontakt mit der Matratze sämtliche Arbeitsflächen gereinigt werden.

8.3 Warnung – Reinigung der Matratze

1. Die Reinigung sollte nach der Verwendung oder zwischen der Verwendung durch zwei verschiedene Patienten stattfinden.
2. Hülle auf der Matratze belassen und die Matratze von der Steuereinheit (Pumpe) trennen.
3. Die Oberfläche des Reinigungstischs mit Hypochloritlösung oder einem gleichwertigen Desinfektionsmittel reinigen.
4. Oberseite der Matratze mit heißem Wasser (60°C) abwaschen, das mit Reinigungsmittel versetzt wurde. Mit einem Papierhandtuch abtrocknen.
5. Hypochloritlösung mit einer Konzentration von 1000 ppm Chlor verwenden. Bei schwerer Verschmutzung Hypochloritlösung mit einer Konzentration von 10.000 ppm Chlor einsetzen. Nach der Reinigung gründlich abspülen.
6. Mit einer geeigneten Bürste, heißem Wasser, Reinigungsmittel oder Hypochloritlösung den Anschlussschlauch und das CPR-Ventil reinigen. Mit einem Papierhandtuch abtrocknen.
7. Falls erforderlich, kann die Matratzenhülle abgenommen und mindestens 10 Minuten maschinell bei 80°C gewaschen werden. Die Luftzellen können mit gängigen Desinfektionsmitteln abgewischt werden.
8. Zur Verhinderung eines Einlaufens der Hülle diese in einer kühlen Umgebung in einem Innenraum lufttrocknen oder bei maximal 40°C nicht mehr als 10 Minuten im Trockner trocknen. Die Hülle muss vor dem erneuten Anbringen an der Matratze gründlich getrocknet sein.

8.4 Warnung – Reinigung der Steuereinheit (Pumpe)

Die Steuereinheit (Pumpe) mit einem Tuch abwischen, das mit Reinigungs- oder Hypochloritlösung angefeuchtet wurde. Siehe auch Symbolliste.

8.4.1 Warnung

Sicherstellen, dass das System Mercury Advance nicht mit Folgendem in Kontakt kommt:

1. Quellen extremer Wärme (z. B. Feuer, Heizkörper usw.)
2. Wasser (insbesondere ein Untertauchen der Pumpe ist zu vermeiden).

9. Technische Daten

9.1 Steuereinheit (Pumpe)

Seriennummer Siehe Etikett auf der Pumpenrückseite
 Stromversorgung 220 – 240 Volt, 50 Hz
 Stromverbrauch 10 Watt
 Sicherungen TA1H 250V
 Schutz vor elektrischem Schlag Klasse 2
 Geräuschpegel ca. 30 dB (A)
 Abmessungen 245 x 160 x 95mm
 Gewicht 1.7 kg
 Wartungsabstände 12 Monate/8760 Stunden
 Erwartete Produktlebensdauer 5 Jahre
 Lagerfähigkeit der Komponenten 5 Jahre

9.2 Matratze

Seriennummer Etikett auf der Innenseite der Hülle
 Anzahl der Luftzellen 14 Luftzellen/
 1 statische Schaumstoffzelle
 Abmessungen Standardgröße 198cm x 120cm x 15cm
 Gewicht 25kg
 Produktlebensdauer der Matratze 5 Jahre
 Lagerfähigkeit der Matratzenkomponenten 5 Jahre

10. Optimale Einsatzbedingungen

(Matratze und Pumpe)

10.1 Umgebungsbedingungen

Transport -25°C bis +70°C
 Lagerung -25°C bis +70°C
 Gebrauch +5°C bis +40°C
 Luftfeuchtigkeit 10% bis 93%
 Atmosphärendruck 700hPa bis 1060hPa
 Betriebshöhe ≤ 2000m

10.2 Äußere Einflüsse

Direkter Kontakt mit Sonnenlicht, Staub, Fusseln und anderen Verunreinigungen stellt für das System Mercury Advance kein Problem dar.

11. Symbole


Symbole mit Bezug auf die Matratze



WARNUNG
 DIESER HINWEIS DIENT DER INFORMATION DES BENUTZERS DARÜBER, DASS BEI DER VERWENDUNG ODER FEHLERHAFTEN VERWENDUNG DES PRODUKTS DIE GEFAHR VON SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ANDEREN UNERWÜNSCHTEN EREIGNISSEN BESTEHT

VORSICHT
 DIESER HINWEIS DIENT DER INFORMATION DES BENUTZERS ÜBER SYSTEMPROBLEME, DIE DURCH VERWENDUNG ODER FEHLERHAFT VERWENDUNG EINTRETEN KÖNNEN

Allgemeine Symbole



Symbole der Steuereinheit



IP21

IP: EINDRINGSCHUTZ
 2: SCHUTZ VOR FINGERN UND GEGENSTÄNDEN MIT WENIGER ALS 80 MM LÄNGE UND 12 MM DURCHMESSER
 1: SCHUTZ VOR VERTIKAL TROPFENDEM WASSER

Kontraindikationen (Warnung)

Das System Mercury Advance nicht bei Patienten einsetzen, die instabile Frakturen, schwere Ödeme oder Verbrennungen aufweisen oder stillgelagert werden müssen.

Allgemeine Hinweise (Vorsicht) (Warnung)

- Für den Betrieb der Einheit sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich.
- Das medizinische Fachpersonal ist dafür verantwortlich, das System nach bestem medizinischem Fachwissen zu betreiben.
- Die Stromzufuhr muss den auf der Steuereinheit (Pumpe) zu findenden Angaben entsprechen.
- Prüfen, dass das Netzkabel keine Schäden aufweist und so positioniert wurde, dass es keine Verletzungsgefahr und kein Hindernis darstellt (z. B. Strangulationsgefahr für Kinder, Gefährdung durch Stolpern).
- Sicherstellen, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht werden kann, beispielsweise durch Anheben und Absenken des Bettes oder Bettgestänges oder Bewegen anderer Objekte.
- Die Steuereinheit (Pumpe) darf nur mit einem von DHS zugelassenen Netzstromkabel und -stecker verwendet werden.
- Das System keinesfalls in der Umgebung entzündlicher Anästhetika einsetzen.
- Für die kontinuierliche Verwendung geeignet.
- Nicht sterilisierbar.
- Steuereinheit (Pumpe) so positionieren, dass der Netzstecker oder Anschluss jederzeit problemlos getrennt werden können.
- Das System nicht auf oder in der Nähe einer Wärmequelle positionieren.
- Nicht gemeinsam mit Wärmflaschen oder elektrischen Heizdecken verwenden.
- DHS rät dringend davon ab, in der Nähe einer verwendeten Steuereinheit (Pumpe) zu rauchen. Somit wird eine sekundäre Entzündung von entzündlichen Materialien wie Bettbezügen verhindert. Die für die Herstellung des Systems Mercury Advance verwendeten Werkstoffe sind mit entsprechenden Brandschutzregelungen konform.
- Keine spitzen Gegenstände auf oder in der Nähe der Matratze verwenden, da diese das System beschädigen könnten.
- Nicht in feuchten Umgebungen lagern.
- Nicht in mit Sauerstoff angereicherten Umgebungen verwenden.
- Nicht für die Anwendung im Außenbereich geeignet.
- Sowohl für die Krankenpflege zu Hause als auch in Pflegeeinrichtungen geeignet.

- Nicht an andere medizinische Gerätschaften anschließen.
- Es MÜSSEN Sicherungen mit entsprechenden Werten eingesetzt werden. Geschieht dies nicht, besteht Brandgefahr.
- Das System sollte nach der Verwendung oder beim Patientenwechsel gereinigt werden. Siehe Abschnitt zum Thema Reinigung.
- Innen- und Außenschläuche dürfen nicht verdreht oder geknickt sein. Der Außenschlauch sollte ordnungsgemäß angeschlossen und so positioniert sein, dass keine Verletzungsgefahr besteht und er kein Hindernis darstellt.
- Keine Bleiche und kein Phenol, keine chlorbasierten Produkte mit einem Chloranteil von mehr als 1000 ppm, keine Lösungsmittel und keine Reinigungsmittel auf Alkoholbasis verwenden.
- Die oben stehenden Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie alle Sicherheitshinweise sollten bei der Verwendung STETS berücksichtigt werden.
- Je nach Bedarf die Druckeinstellung „High“ oder „Low“ wählen. Vorsichtig vorgehen, um bereits vorgenommene Einstellungen nicht versehentlich zu ändern. Dies kann das Behandlungsergebnis beeinflussen. Ein versehentliches Ändern der Einstellungen kann auch durch Kinder, Haustiere oder Ungeziefer erfolgen.
- Von diesem Gerät geht keinerlei Strahlung aus.

12. Entfernbare/abnehmbare Teile

- Matratze (Trennung von der Pumpe durch Entfernung des CPR-Anschlusses) Teilnr. MAT/MERADV/BARI (oder Abwandlungen hiervon je nach Größe)
- Netzstromkabel (Trennung von der Pumpe durch Entfernen des Kabels vom Netzstromanschluss seitlich an der Pumpe) Teilnr. DHS/ADV/MLEAD

Hinweis: Die Batterie ist ein wichtiger Bestandteil der Leiterplatte und kann nicht entnommen oder ausgetauscht werden.

Vorsicht

Die Verwendung abnehmbarer Teile, die hier nicht genannt wurden, wird von Direct Healthcare Services nicht empfohlen.

13. Entsorgung

Auf der DHS-Webseite finden sich Hinweise und Richtlinien zur Entsorgungsverantwortung in Einklang mit der WEEE-Norm.

Hinweis des Herstellers zur elektrostatischen Kompatibilität

Dieses Gerät wurde auf die in der Norm EN 60601-1-2:2007 angegebenen Grenzwerte geprüft und für konform befunden.

Die Überprüfung dieser Werte zielt darauf ab, sowohl in medizinischen Pflegeeinrichtungen als auch zuhause ausreichenden Schutz vor schädlichen Störungen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung, kann diese abstrahlen und kann, wenn das Gerät nicht in Einklang mit den Angaben des Herstellers verwendet wird, zu Störungen des Funkverkehrs führen. Der Hersteller gewährleistet jedoch nicht, dass es bei individuellen Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls das System Störungen des Funk- oder Fernsehempfangs sowie des Empfangs anderer Geräte hervorruft, was sich durch Ein- und Ausschalten des Systems ermitteln lässt, empfehlen wir folgende Maßnahmen zur Störungsbehebung:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen den Geräten.
- Anschließen des Systems an einen anderen Schaltkreis als jenen, an den das Empfangsgerät angeschlossen ist.

Prüfung der Geräte auf Funktionsfähigkeit innerhalb der Grenzwerte der elektromagnetischen Kompatibilität. (Störungsimmunität gegenüber in der Nähe befindlicher Quellen, die Hochfrequenzstrahlung aussenden). Quellen, die diese Grenzwerte überschreiten, können zu verminderter Funktionalität beitragen. Falls möglich, erkennt das System die Störungen und ergreift während des normalen Betriebs vorübergehend und für den Benutzer sichtbar Gegenmaßnahmen. Sollte dies nicht möglich sein, wird eine Warnmeldung ausgegeben, die eine Sicherheit des Benutzers auch weiterhin gewährleisten soll. Höhere Strahlungsniveaus können zum Ausfall des Geräts, zur kontinuierlichen Ausgabe von Fehlermeldungen oder zu sich wiederholenden Zurücksetzungen führen.

Die Störungsquelle durch Ausschalten in der Nähe befindlicher oder verdächtiger Geräte bestimmen und prüfen, ob die Störung beim Ausschalten des Geräts abnimmt. In diesem Fall die Störung durch eine der folgenden Maßnahmen beheben:

- Reparatur oder Austausch der Störungsquelle.
- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Störungsquelle.
- Vergrößerung des Abstands zwischen dem Gerät und der möglichen Störungsquelle.
- Anschließen der Ausstattung an einen anderen Schaltkreis als jenen, an den die Störungsquelle angeschlossen ist.

Hinweise zur elektromagnetischen Kompatibilität laut IEC60601-1-2:2007, Paragraph 6.8

Aufgrund der steigenden Anzahl elektronischer Geräte wie PCs und Mobiltelefonen sind medizinische Gerätschaften einem immer höheren Störungsrisiko durch andere Geräte ausgesetzt.

Die Norm IEC60601-1-2 zur elektromagnetischen Kompatibilität definiert die Verträglichkeitsniveaus gegenüber solchen elektromagnetischen Störungen. Auf der anderen Seite dürfen auch medizinische Gerätschaften keine anderen Geräte stören. In der Norm IEC60601-1-2 ist zudem festgelegt, welche maximalen Emissionen medizinische Gerätschaften aufweisen dürfen.

Vertriebsstellen

Vereinigtes Königreich und Europa

Withey Court
Western Industrial Estate
Caerphilly
United Kingdom
CF83 1BF

T: +44 (0) 845 459 9831
info@directhealthcareservices.co.uk

Asien-Pazifik

Direct Healthcare Services PTY Ltd.
PO Box 562
Wembley
Western Australia 6913

T: +61 (0) 423 852 810
info@directhealthcareservices.com.au



**Direct Healthcare
Services**
Delivering the Promise



LIT-00009 Édition 3
Ausgabe Datum: Juni 2016

